



Certificate of Conformance KIMTECH PURE* A5 Cleanroom Sterile Apparel

Product: KIMTECH PURE* A5 Cleanroom Sterile Apparel

Product Codes: 88800, 88801, 88802, 88803, 88804, 88805, 88806, 88807, 88808

Code	Description	Size	Packaging
88800	Coveralls	S	25/case
88801	Coveralls	M	25/case
88802	Coveralls	L	25/case
88803	Coveralls	XL	25/case
88804	Coveralls	2XL	25/case
88805	Coveralls	3XL	25/case
88806	Coveralls	4XL	25/case
88807	Hoods	One size fits all	100/case
88808	Boots	One size fits all	100 pairs/case

Lot numbers: **AI817502X, AI817602X, AI817702X, AI817802X, AI818402X, AI818502X, AI818602X, AI818702X, AI818802X, AI818902X, AI819002X, AI819402X, AI819602X, AI819702X, AI819902X, AI820002X, AI820302X, AI820402X, AI820702X, AI820802X, AI821002X, AI821102X, AI821302X, AI821402X, AI821502X**

This document certifies that the lots listed above conform to Kimberly-Clark's internal specifications for particle counts and sterility, of which the targets are listed below. Kimberly-Clark uses a system of in-process and lot inspections to assure conformance to specifications.

Characteristic	Specification Target
Particle Count (Helmke Drum, IEST-RP-CC003.3)	Category II
Sterility Assurance Level	10 ⁻⁶

Verified by: _____ Date: August 11, 2008

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH. CO.,LTD.

地址 (Add): 深圳市罗湖区布心东盛路68号

No.68 Dongsheng Rd., Buxin, Luohu, Shenzhen 518019 China

电话 (TEL): +86 (0)755 25177231, 25177137

传真 (FAX): +86 (0)755 25516854

邮政编码 (P.C.): 518019

http://www.jpym.com.cn



证书编号: 20080806010

Certificate No.:

分合同编号: 08080099

Sub-contract No.:

R/SZJPY-7113 AA/00

顾客名称: Kimberly-Clark Professional
Customer

产品名称 Article description	包装规格 (厘米) Carton Size(cm)	产品批号 Article Lot No.	数量(箱) Carton Qty(cs)	毛重(公斤) G.W(kgs)
STERILE COVERALL/STERILE HOOD/STERILE BOOTS 以下空白	51*31*37	-	*96*	864

这批产品已经过伽玛射线辐照。

THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMARAY.

加工编号

Process Code No.

P08080080

辐照结束的日期

Irradiation lot finish date

2008-08-06

顾客要求最低吸收剂量:

Minimum specified dose:

32.5

kGy

最低剂量监测区吸收剂量:

Minimum inspection area dose:

34.7

kGy

顾客要求最高吸收剂量:

Maximum specified dose:

/

kGy

最高剂量监测区吸收剂量:

Maximum inspection area dose:

/

kGy

检验员:

Inspector:

刘鹏源 2008-8-13

审核:

Approved:

白永胜

日期:

Date:

2008.8.13

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH.CO.,LTD.

(本证明书的影印件无效。The copy of this certificate is invalid.)

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH. CO.,LTD.

地址 (Add): 深圳市罗湖区布心东盛路68号

No.68 Dongsheng Rd.,Buxin,Luohu,Shenzhen 518019 China

电话 (TEL): +86 (0)755 25177231. 25177137

传真 (FAX): +86 (0)755 25516854

邮政编码(P.C.): 518019

http://www.jpym.com.cn

证书编号: 20080807001

Certificate No.:

分合同编号: 08080099

Sub-contract No.:

R/SZJPY-7113 AA/00

顾客名称
Customer
Kimberly-Clark Professional

产品名称 Article description	包装规格 (厘米) Carton Size(cm)	产品批号 Article Lot No.	数量(箱) Carton Qty(cs)	毛重(公斤) G.W(kgs)
STERILE COVERALL/STERILE HOOD/STERILE BOOTS	50*30.5*29	/	*114*	615.6
STERILE COVERALL/STERILE HOOD/STERILE BOOTS	50*30.5*42	/	*188*	1522.8
STERILE COVERALL/STERILE HOOD/STERILE BOOTS	50*31*42	/	*1*	7.6
以下空白				

这批产品已经过伽玛射线辐照。

THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMARAY.

加工编号

Process Code No.

P08080069 P08080093

辐照结束的日期

Irradiation lot finish date

2008-08-07

顾客要求最低吸收剂量:

Minimum specified dose:

32.5 kGy

最低剂量监测区吸收剂量:

Minimum inspection area dose:

35.0 kGy

顾客要求最高吸收剂量:

Maximum specified dose:

/ kGy

最高剂量监测区吸收剂量:

Maximum inspection area dose:

/ kGy

检验员:

Inspector:

刘鹏源 2008.8.13

审核:

Approved:

白永胜

日期:

Date:

2008.8.13

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH.CO.,LTD.

(本证明书的影印件无效。The copy of this certificate is invalid.)

辐照证明书

CERTIFICATE OF IRRADIATION

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH. CO.,LTD.

地址 (Add): 深圳市罗湖区布心东盛路68号

No.68 Dongsheng Rd., Buxin, Luohu, Shenzhen 518019 China

电话 (TEL): +86 (0)755 25177231. 25177137

传真 (FAX): +86 (0)755 25516854

邮政编码(P.C.): 518019

http://www.jpym.com.cn



证书编号: 20080807002

Certificate No.:

分合同编号: 08080099

Sub-contract No.:

R/SZJPY-7113 AA/00

顾客名称 Customer		Kimberly-Clark Professional		
产品名称 Article description	包装规格(厘米) Carton Size(cm)	产品批号 Article Lot No.	数量(箱) Carton Qty(cs)	毛重(公斤) G.W(kgs)
STERILE COVERALL/STERILE HOOD/STERILE BOOTS 以下空白	51*31*37	-	*436*	3924

这批产品已经过伽玛射线辐照。

THE PRODUCTS HAVE BEEN IRRADIATED BY GAMMARAY.

加工编号

Process Code No.

P08080084

辐照结束的日期

Irradiation lot finish date

2008-08-07

顾客要求最低吸收剂量:

Minimum specified dose:

32.5

kGy

最低剂量监测区吸收剂量:

Minimum inspection area dose:

32.6

kGy

顾客要求最高吸收剂量:

Maximum specified dose:

/

kGy

最高剂量监测区吸收剂量:

Maximum inspection area dose:

/

kGy

检验员:

Inspector:

何鹏源 2008.8.13

审核:

Approved:

白永胜

日期:

Date:

2008.8.13

深圳市金鹏源辐照技术有限公司

SHENZHEN JPY ION-TECH.CO.,LTD.

(本证明书的影印件无效。The copy of this certificate is invalid.)